

Central venkateter, CVK

En central venkateter, CVK, är en tunn slang som opereras in i ett stort blodkärl nära hjärtat. En bit av slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få läkemedel, blod, vätska eller näring direkt i blodet. Även blodprover kan tas från den.

En CVK kan användas under lång tid, upp till flera månader.

Hur ska jag förbereda mig?

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig.


Så går det till

Du får lokalbedövning i huden. Det kan göra att det svider i huden en stund.

Slangen förs in i ett blodkärl.

Ingreppet gör inte ont, men du kan känna att någon rör det bedövade området.

Ingreppet tar oftast mindre än en timme.



Central venkateter.

Hur mår jag efteråt?

Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras din puls, andning och ditt blodtryck regelbundet. Ditt sår kontrolleras också, eftersom det kan börja blöda de första timmarna efter operationen.

Bedövningen släpper efter cirka 3–4 timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Du kan få smärtlindring om du har ont.

Innan du kommer till vårdavdelningen eller går hem får du göra en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag. Du kan äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter operationen kan du känna ett visst obehag från CVK:n, men det brukar försvinna.

Att ha en CVK

Förbandet ska bytas 1 gång per vecka. Om det kommer in fukt under förbandet eller om det börjar lossna, ska förbandet bytas direkt. Du får hjälp av en distriktsköterska eller sjuksköterska från sjukhuset eller hemsjukvården.

Det är bra om du regelbundet tittar på din CVK och huden runt omkring. Titta efter tecken på infektion, till exempel rodnad hud.

Du kan duscha som vanligt med en CVK men du ska inte bada. Om du har en så kallad långtids-CVK behövs inget förband när CVK:n har läkt fast och stygnen har försvunnit.

Varje gång du får dropp eller lämnar blodprov, kommer du att få ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att CVK:n fungerar som den ska innan den används.